

सर जे.जे.महानगर रक्तपेढी/दरपत्रके/HBsAg/२०१९/०४/६४८
दिनांक : २४/०४/२०१९

प्रति,

विषय : सर जे.जे.महानगर रक्तपेढी, भायखळा येथे Transportation Box खरेदी करणेबाबत.

सर जे.जे.महानगर रक्तपेढी, भायखळा,मुंबई या रक्तपेढीसाठी **Transportation Box** खरेदी करावयाची आहे. त्या अनुषंगाने दरपत्रके मागविण्यात येत आहेत. **Transportation Box** चा तपशिल खालीलप्रमाणे आहे.

अ.क्र.	तपशिल	खरेदी करावयाची संख्या
1	Transportation Box	03 Boxes

- १) दर सर्व करारासहित असावेत.
- २) ०३ बॉक्स एकाच ऑर्डर मध्ये पुर्ण करावेत.
- ३) दर करारासहित GST प्रमाणपत्र व PAN क्रमांक जोडणे बंधनकारक राहिल.
- ४) (Delivery) सर जे.जे. महानगर रक्तपेढी, एफ.डी पतीत बिल्डिंग, जे. जे. कॅम्पस, जे. जे. मार्ग पोलिस स्टेशन जवळ, भायखळा,मुंबई ४०० ००८ येथे मोफत करण्यात यावी. (No Extra Delivery Charges)
- ५) आदेश प्राप्त झाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत मालाचा पुरवठा करणे बंधनकारक राहिल. वेळेत पोच (Delivery) न मिळाल्यास नियमाप्रमाणे विलंब शुल्क आकारण्यात येईल.
- ६) पुर्ण पोच (Delivery) मिळाल्या नंतर व देयक प्रमाणित करुन सादर केल्यानंतर देयक अंदाजे महिन्याच्या कालावधीमध्ये अदा करण्यात येईल.

आपणास कळविण्यात येते की, वर उल्लेखित आपली दरपत्रके सील बंद पाकीटामध्ये सर जे.जे. महानगर रक्तपेढी, एफ.डी पतीत बिल्डिंग, जे. जे. कॅम्पस, जे. जे. मार्ग पोलिस स्टेशन जवळ, भायखळा, मुंबई ४०० ००८ व संपर्क नंबर ०२२२३७३५५८५ या कार्यालयास तात्काळ दिनांक ०६/०५/२०१९ पर्यंत दुपारी ३.०० वाजेपर्यंत समक्ष अथवा रजिस्टर पोस्टाने पाठवावे. दरपत्रक त्याच दिवशी जे दरपत्रक धारक उपस्थित असतील त्यांच्या समक्ष उघडण्यात येतील. सर्व अटी पूर्ण करणा-या व न्युनतम दर असणा-या पुरवठा धारकास पुरवठा आदेश देण्यात येतील. सदरच्या दरपत्रकाची सुचना रा.र. सं.प (SBTC) कार्यालयाच्या संकेत स्थळावर www.mahasbtc.org उपलब्ध आहे.



वैद्यकीय संचालक

जे.जे. महानगर रक्तपेढी, भायखळा, मुंबई

Technical Specification of Transportation Box

- Portable Transportation Box.
- Battery / Mains operated.
- Capacity 75 L to store 50-75 whole blood bags.
- Temperature range from 2°C to 24°C.
- Can be plugged into vehicle 12/24 v socket.
- Sturdy metal body.
- Digital automatic temperature control with LED display.
- Turbo Cooling, DC Compressor.
- Built in battery back-up for upto 24 hrs.

Filed
Medical Director
Sir J J Mahanagar Raktapedhi