

सर जे.जे.महानगर रक्तपेढी/दरपत्रके/डोनर बेड/१९/०८/७१९  
दिनांक : २२/०८/२०१९

प्रति,

**विषय : सर जे.जे.महानगर रक्तपेढी, भायखळा येथे Folding Donor Beds खरेदी करणेबाबत.**

सर जे.जे.महानगर रक्तपेढी, भायखळा,मुंबई या रक्तपेढीसाठी **Folding Donor Beds** खरेदी करावयाची आहे. त्या अनुषंगाने दरपत्रके मागविण्यात येत आहेत. **Folding Donor Beds** चा तपशिल खालीलप्रमाणे आहे.

अ.क्र.	तपशिल	खरेदी करावयाची संख्या
1	<b>Folding Donor Beds</b>	<b>12 Nos</b>

- १) दर सर्व करारासहित असावेत.
- २) १२ बेड एकाच ऑर्डर मध्ये पुर्ण करावेत.
- ३) दर करारासहित GST प्रमाणपत्र व PAN क्रमांक जोडणे बंधनकारक राहिल.
- ४) (Delivery) सर जे.जे. महानगर रक्तपेढी, एफ.डी पतीत बिल्डिंग, जे. जे. कॅम्पस, जे. जे. मार्ग पोलिस स्टेशन जवळ, भायखळा,मुंबई ४०० ००८ येथे मोफत करण्यात यावी. (No Extra Delivery Charges)
- ५) आदेश प्राप्त झाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत मालाचा पुरवठा करणे बंधनकारक राहिल. वेळेत पोच (Delivery) न मिळाल्यास नियमाप्रमाणे विलंब शुल्क आकारण्यात येईल.
- ६) पुर्ण पोच (Delivery) मिळाल्या नंतर व देयक प्रमाणित करुन सादर केल्यानंतर देयक अंदाजे महिन्याच्या कालावधीमध्ये अदा करण्यात येईल.

आपणास कळविण्यात येते की, वर उल्लेखित आपली दरपत्रके सील बंद पाकीटामध्ये सर जे.जे. महानगर रक्तपेढी, एफ.डी पतीत बिल्डिंग, जे. जे. कॅम्पस, जे. जे. मार्ग पोलिस स्टेशन जवळ, भायखळा, मुंबई ४०० ००८ व संपर्क नंबर ०२२२३७३५५८५ या कार्यालयास तात्काळ दिनांक ०३/०९/२०१९ पर्यंत दुपारी ३.०० वाजेपर्यंत समक्ष अथवा रजिस्टर पोस्टाने पाठवावे. दरपत्रक त्याच दिवशी जे दरपत्रक धारक उपस्थित असतील त्यांच्या समक्ष उघडण्यात येतील. सर्व अटी पूर्ण करणा-या व न्युनतम दर असणा-या पुरवठा धारकास पुरवठा आदेश देण्यात येतील. सदरच्या दरपत्रकाची सुचना रा.र. सं.प (SBTC) कार्यालयाच्या संकेत स्थळावर [www.mahasbtc.org](http://www.mahasbtc.org) उपलब्ध आहे.



वैद्यकिय संचालक

जे.जे. महानगर रक्तपेढी, भायखळा, मुंबई

## Technical Specification of Folding Donor Bed

1. Size : Should have metallic frame, rust proof with following dimension.
2. Length : 6.5 feet.
3. Width : 2 1/4feet.
4. Height : 2.5 feet.
5. Capable of bearing weight 150kg or more.
6. Should be one fold.
7. Cushion 2 inch thickness covered with durable Rexene.
8. With provision for foot elevation detachable BP apparatus holder with two handles to carry.
9. Bed material should be light weight for carry.
10. Should be CE approval.
11. Warranty period 2 years and AMC 3 year.
12. Uptime of equipment should be 98% and downtime is less than 2% service time for Mumbai at in 4 hours and out of Mumbai 24 hrs.

Pilad

Medical Director  
Sir J J Mahanagar Raktapedhi